

日本標準商品分類番号	872616
承認番号	21900AMX01797
販売開始	2008年7月

外用殺菌消毒剤

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

ベンザルコニウム塩化物液10W/V%「タイセイ」

Benzalkonium Chloride Solution

3.組成・性状

3.1組成

有効成分	ベンザルコニウム塩化物9.3～10.7%を含む。
------	--------------------------

3.2製剤の性状

性状	無色～淡黄色澄明の液で、特異なおいがあり、振ると強く泡立つ。
----	--------------------------------

4.効能又は効果

- 手指・皮膚の消毒
- 手術部位（手術野）の皮膚の消毒
- 手術部位（手術野）の粘膜の消毒
- 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒
- 感染皮膚面の消毒
- 医療機器の消毒
- 手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒
- 腔洗浄
- 結膜囊の洗浄・消毒

6.用法及び用量

〈手指・皮膚の消毒〉

通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。

〈手術部位（手術野）の皮膚の消毒〉

手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。

〈手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物0.01～0.025%溶液を用いる。

〈感染皮膚面の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液を用いる。

〈医療機器の消毒〉

ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。

〈手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒〉

ベンザルコニウム塩化物0.05～0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。

〈腔洗浄〉

ベンザルコニウム塩化物0.02～0.05%溶液を用いる。

〈結膜囊の洗浄・消毒〉

ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。

11.副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、そう痒感等

12.臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

14.適用上の注意

14.1薬剤調製時の注意

14.1.1本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。

14.1.2希釈倍数

濃度	0.01%	0.02%	0.025%	0.05%	0.1%	0.2%
希釈倍数	1,000倍	500倍	400倍	200倍	100倍	50倍

14.1.3炎症又は易刺激性の部位（粘膜、陰股部等）に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。

14.1.4希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いないこと。

14.1.5深い創傷又は眼に使用する場合は希釈液としては注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

14.1.6繊維、布（綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等）は本剤成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

14.1.7金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するためにベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

14.2薬剤使用時の注意

14.2.1経口投与しないこと。

14.2.2浣腸には使用しないこと。

14.2.3原液又は濃厚液が眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

14.2.4濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので注意すること。

14.2.5全身吸収による筋脱力を起こすおそれがあるので、粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。

14.2.6密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

14.2.7血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。

14.2.8石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

14.2.9皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

14.2.10合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

14.2.11皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので使用しないこと。

18.薬効薬理

18.1作用機序

タンパク変性及び酵素の切断、糖の分解と乳酸の酸化など代謝への作用、膜透過性障害による溶菌、リン及びカリウムの漏出、解糖の促進、原形質膜の活動を支える酵素に対する作用などが考えられている¹⁾。

18.2抗菌作用

グラム陽性、陰性菌のみならず、芽胞のない細菌やカビ類といった真菌類に対しても殺菌作用を有する。結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない¹⁾。

19.有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ベンザルコニウム塩化物 (Benzalkonium Chloride)


化学名：Ammonium,alkyldimethyl(phenylmethyl)-,chloride

分子式： $[C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R] Cl$

R： $C_8H_{17} \sim C_{18}H_{37}$ で主として $C_{12}H_{25}$ 及び $C_{14}H_{29}$ からなる

分子量：354.01 ($C_{22}H_{40}ClN$ として)

化学構造式：



性状：白色～黄白色の粉末又は無色～淡黄色のゼラチン状の小片、ゼリー様の流動体若しくは塊で、特異なおいがある。

水又はエタノール(95)に極めて溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水溶液は振ると強く泡立つ。


22.包装

500mL (ポリ)

18L(バッグインボックス「コック付き」)

18L 包装に添付のコックの取り付け方法

コックを使用する場合は本体の口にしっかり取り付けて、もれがないことを確認の上ご使用ください。



23.主要文献

1) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店.2021:C-5320-5324

24.文献請求先及び問い合わせ先

株式会社三恵薬品 品質管理室

〒441-8033 愛知県豊橋市入船町21番地

TEL:0532-45-6136 FAX:0532-48-0468

26.製造販売業者等

26.1製造販売元



大成薬品工業株式会社

福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

26.2発売元



株式会社三恵薬品

愛知県豊橋市入船町21番地